РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **010/2-251**

| **Преобразователь термоэлектрический ТП-0198 (ТПП(R))** | | |
|---|---|---|
| Инвентарный номер | Заводской № | № в Госреестре |
| 9157 | **1541** | **18524-10** |

Назначение: измерение температуры

| Технические характеристики. | Место хранения. Условия эксплуатации |
|---|---|
| Класс точности: **2**<br>Диапазон: **(300 – 1300) °С** | к. 155 |

Результаты первичной поверки от 06.10.2011 г.

| Проверяемая характеристика | Установленное значение | Допускаемое значение |
|---|---|---|
| *Протокол первичной поверки отсутствует* | КД 2 | КД 2 |

Периодичность поверки: 1 раз в 2 года.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Средство измерений пригодно для использования в лаб 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

| № свид. (серт.) | Дата проведения | Результат |
|---|---|---|
| 11ЦВСП | 06/10/11 | КД 2 |
| 353874 | 18/06/12 | КД 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |